



Ошибки при подготовке описания объекта закупки



1. Не корректное заполнение типовой формы ООЗ (показатели товара и функциональные, технические, качественные характеристики).
2. Указание товарного знака
3. Объект закупки включен в КТРУ
4. ГОСТ в описании объекта закупки



1. Не корректное заполнение типовой формы ООЗ (показатели товара и функциональные, технические, качественные характеристики).

С 19.07.2021 изменена типовая форма ООЗ на поставку товаров

Описание объекта закупки при проведении электронного аукциона, открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, на поставку товара/«Характеристики товаров (материалов), поставляемых при выполнении работ»

№ п/ п	Описание объекта закупки <small>(указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)</small>					Предложение участника закупки <small>(Рекомендуемая форма, не является обязательной, заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке, содержащейся в документации о закупке)</small>					
	Наимено вание объекта закупки (товара)	Количество, единица измерения	Товарный знак или эквивалент*	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара)	Показатели товара (значения показателей)				Товарный знак (при наличии)	Показатели товара (значения показателей) **	Наимено вание страны происхож дения товара
					Минимальн ые и (или) максимальн ые показатели:	Показатели, которые не изменяются	Показатели, указанные в диапазоне: <i>(указывается минимальное и максимальное значение)</i>	Иные показате ли:			

* В случае если описание объекта закупки содержит указание на товарный знак в данном столбце указывается товарный знак с сопровождением словами «или эквивалент». В случае если в описании объекта закупки отсутствует указание на товарный знак, в данном столбце заказчик указывает «не устанавливается».

Управление государственных закупок Тюменской области



С 19.07.2021 введена типовая форма ООЗ на поставку медицинских изделий.

Описание объекта закупки при проведении электронного аукциона на поставку медицинских изделий

№ п/ п	Описание объекта закупки					Предложение участника закупки							
	Наименование объекта закупки (товара)	Количество, единица измерения	Товарный знак или эквивалент	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара)	Показатели товара (значения показателей)				(Рекомендуемая форма, не является обязательной, заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке, содержащейся в документации о закупке)				
					Минимальные и (или) максимальные показатели:	Показатели, которые не изменяются:	Показатели, указанные в диапазоне: (указывается минимальное и максимальное значение)	Иные показатели:	Наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением*	Товарный знак (при наличии)	Показатели товара (значения показателей)**	Наименование страны происхождения товара	

*Участник закупки, в случае расхождения наименования объекта закупки (товара), указанного в описании объекта закупки, и наименования товара, указанного в регистрационном удостоверении, указывает наименование медицинского изделия, входящего в объект закупки, в соответствии с регистрационным удостоверением на предлагаемое к поставке медицинское изделие.

Участник закупки в составе второй части заявки в соответствии с частью 6 Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416 представляет копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, являющееся предметом закупки, или копию регистрационного удостоверения на медицинские изделия, в состав которых входит медицинское изделие, являющееся предметом закупки (допускается предоставление информации о регистрационном удостоверении с обязательным указанием наименования и регистрационного номера, позволяющего идентифицировать в государственном реестре медицинских изделий).

Управление государственных закупок Тюменской области



Показатели товара (значения показателей)

Необходимо корректно и правильно составлять, и заполнять форму ООЗ. При описании следует учитывать только объективные формулировки, следует избегать субъективных формулировок «не хуже» либо «не лучше» и так далее.

Нр/п	Наименование объекта закупки (товара)	Товарный знак или эквивалент**	Описание объекта закупки (указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели))				Предложение участника закупки (Рекомендованная форма, не является обязательной, заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке, содержащейся в документации о закупке)		
			Показатели товара (значения показателей)				Товарный знак(при наличии):	Показатели товара (значения показателей)***	Наименование страны происхождения товара
			Минимальные и (или) максимальные показатели,	Показатели, которые не изменяются	Показатели, указанные в диапазоне	Иные показатели			
1	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии <i>неонатальный/ для взрослых</i>	не устанавливается	*Быстрая настройка и подтверждение параметров вентиляции с помощью поворотного манипулятора		Наличие				
			*Механические функциональные клавиши для прямого доступа к часто используемым функциям, шт.	Наличие					
			*Трехступенчатая схема изменения параметров вентиляции (активизация, изменение, подтверждение)	1	Наличие				
			Максимальное время записи трендов, ч		Не менее 73				
			*Масса электронного блока, кг	не более 78	2				
			*Модуль мониторинга газовой смеси с анализом углекислого газа		Наличие		в прямом или боковом потоке		
			*Максимальный инспираторный пиковый поток, л/мин	Не менее 180	3		3		
			*Диапазон регулирования концентрации кислорода в газовой смеси, %			21-100			
			*Мониторирование EtCO2		Наличие	4			

- При заполнении столбца «Минимальные и (или) максимальные показатели», указываются максимальные и (или) минимальные значения показателей, используемые для определения соответствия товара предлагаемого к поставке.
- При заполнении столбца «показатели, которые не изменяются», заказчиками указываются характеристики товара, при этом неизменные характеристики товара должны быть указаны в разделе функциональные технические качественные характеристики, а в показателях, которые не изменяются прописывается слово «наличие».
- Не допускается указание характеристик товара, в нескольких столбцах по одной позиции.
(н-р: в столбце «показатели, которые не изменяются» и «Иные показатели»).
- При заполнении столбца «Показатели, указанные в диапазоне», заказчиками указываются характеристики товара со словами «не уже», «не шире», «не менее», «не более» и т.д.



Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки

При заполнении столбца «Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара)», единицы измерения таких характеристик не переносят в «Минимальные и (или) максимальные показатели».

Описание объекта закупки при проведении электронного аукциона на поставку компьютеров и периферийного оборудования								
№, п/п	Описание объекта закупки <i>(указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)</i>					Показатели товара (значения показателей)		
	Наименование объекта закупки (товара)	Количество, единица измерения	Товарный знак или эквивалент**	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара)	Минимальные и (или) максимальные показатели	Показатели, которые не изменяются	Показатели, указанные в диапазоне: (указывается минимальное и максимальное значение)	Иные показатели
1	Источник бесперебойного питания	1 штука	Cyberpower OLS3000ERT2U (или эквивалент)	Активная мощность	≥ 220 (Вт)			
				Верхняя граница диапазона вх одного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей	≥ 300 (В)			



Не корректное указания единиц измерения

Нужно отслеживать правильность указания единиц измерения. Например, указание «м» вместо «мм» может привести к неприятным сюрпризам при поставке товара поставщиком.

Описание объекта закупки на поставку контейнеров хозяйственно-бытового назначения							Предложение участника закупки <small>(Рекомендуемая форма, не является обязательной, заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке, содержащейся в документации о закупке)</small>					
№ п/п	Наименование объекта закупки (товара)	Количество, единица измерения	Товарный знак или эквивалент	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара),	Показатели товара (значения показателей)				Товарный знак (при наличии)	Показатели товара (значения показателей)*	Наименование страны происхождения товара	
					Минимальные и (или) максимальные показатели:	Показатели, которые не изменяются:	Показатели, указанные в диапазоне:	Иные показатели				
1	Контейнер-бак для сбора влажного белья	12 шт.	Не установлен	Контейнер для белья с подпружиненным дном		Наличие						
				Внешний размер, высота, мм	Не более 770							
				Внешний размер, длина, мм	Не более 1080							
				Внешний размер, ширина, м	Не менее 450							
				Вес, кг	Не более 32							

Управление государственных закупок Тюменской области



2. Указание на товарный знак без возможности поставки эквивалента

Согласно типовой форме ООЗ указание на товарный знак и возможность поставки эквивалента должны быть предусмотрены заказчиками в отдельном столбце. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент".

НЕ ВЕРНО

Описание объекта закупки (указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)							Предложение участника закупки (Рекомендуемая форма, не является обязательной, заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке, содержащейся в документации о закупке)		
№ п/п	Наименование объекта закупки (товара)	Товарный знак или эквивалент	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара)	Показатели товара (значения показателей)			Товарный знак (при наличии)	Показатели товара (значения показателей)*	Наименование страны происхождения товара
				Минимальные и (или) максимальные показатели:	Показатели, которые не изменяются:	Показатели, указанные в диапазоне: (указывается минимальное и максимальное значение)			
1.	Электрокипятильник <i>Abat KВЭ-30</i>	<i>Abat KВЭ-30</i> 	KTPV: 27.51.25.110-0000001	Наличие					
			Мощность, Киловатт	$\geq u < 4$					
			** Дополнительные характеристики:						
			Регулятор температуры.	Наличие					
			Температурный режим: от 30 до 110 °C	Наличие					

ВЕРНО

Описание объекта закупки (указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)							Предложение участника закупки (Рекомендуемая форма, не является обязательной, заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке, содержащейся в документации о закупке)		
№ п/п	Наименование объекта закупки (товара)	Товарный знак или эквивалент	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара)	Показатели товара (значения показателей)			Товарный знак (при наличии)	Показатели товара (значения показателей)*	Наименование страны происхождения товара
				Минимальные и (или) максимальные показатели:	Показатели, которые не изменяются:	Показатели, указанные в диапазоне: (указывается минимальное и максимальное значение)			
1.	Электрокипятильник <i>Abat KВЭ-30</i>	<i>Abat KВЭ-30</i> 	KTPV: 27.51.25.110-0000001	Наличие					
			Мощность, Киловатт	$\geq u < 4$					
			** Дополнительные характеристики:						
			Регулятор температуры.	Наличие					
			Температурный режим: от 30 до 110 °C	Наличие					

Не включать товарный знак в наименование объекта закупки.

Под описание товара должны подходить как минимум две модели различных производителей. Некоторые заказчики описывают характеристики так подробно, что под него может подойти только один конкретный товар, или вовсе не подходит ни один.



3. Объект закупки включен в КТРУ

Необходимо руководствоваться правилами использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно ПП №145. По данным правилам заказчики обязаны применять согласно позиции каталога:

- наименование товара, работы, услуги
- единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии)
- описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции)

№ п/п	Наименование объекта закупки (товара)	Количество, единица измерения	Товарный знак или эквивалент	Описание объекта закупки на поставку медицинских изделий (Систем эндохирургических)			
				Описание объекта закупки (указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)			
				Показатели товара (значения показателей)			
				Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара), единицы измерения	Минимальные и (или) максимальные показатели:	Показатели, которые не изменяются:	Показатели, указанные в диапазоне: (указывается минимальное и максимальное значение):
1	Система эндохирургическая	3 шт.	Не установлен	Основные характеристики Биполярная коагуляция, да Монополярная коагуляция, да Рабочая частота, мГц Система управления: ножная педаль	> 0.3 и ≤1	Наличие	Наличие
						Наличие	

На основании ч. 2 ст. 33 44-ФЗ в документацию о закупке нужно включить требования к объекту закупки, которые позволяют четко определить соответствие товара, работы и услуги установленным требованиям. При этом заказчик указывает предельные или минимальные значения подобных показателей или те, которые не могут изменяться. Отсутствие таких требований является нарушением норм ст. 33 44-ФЗ. Т.е. в случае отсутствия описания объекта закупки в позиции каталога, заказчики описывают объект закупки по 33 ст. 44-ФЗ.

Управление государственных закупок Тюменской области



ООЗ содержит наименование товара, не соответствующее КТРУ

Нужно правильно подобрать наименование объекта закупки.

Согласно пункту 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Правила), **заказчики обязаны применять наименование товара, работы, услуги.**

Описание объекта закупки при проведении электронного аукциона на поставку Ваты				
№ п/п	Наименование объекта закупки (товара)	Товарный знак или эквивалент*	Описание объекта закупки (указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)	
			Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки(товара)	Показатели товара (значения показателей)
1	Рулон ватный	не устанавливается	Код КТРУ: 21.20.24.150-00000032 Средство, которое используется в качестве абсорбента, из нестерильной массы ваты или искусственного волокна, напротивное по всей длине в форме рулона, универсального применения или в качестве набивки в секторе здравоохранения или в домашних условиях; изделие не в виде повязки. Это средство безрецептурного отпуска (ОТС). Это средство одноразового применения. - Масса: 100 Грамм.; - Стерильность: Нестерильный; - Тип гигроскопичности: Хирургическая; - Тип упаковки: Рулон	Минимальные и (или) максимальные показатели: Показатели, которые не изменяются: Показатели, указанные в диапазоне: Иные показатели: наличие

Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

21.20.24.150-00000032

Искать точно, как в запросе

[← Назад к рубрикам](#)

Результаты поиска 1 записей

Сортировать по:	Коду позиции	▼
Классификация	Выбрано	
Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование (МНН)	Выбрано	
Позиция КТРУ		
Позиции плана закупок		
Позиции плана-графика		
Закупки		
Контракты		

Позиция КТРУ: 21.20.24.150-00000032

Вата

Единица измерения: Штука

Масса: 100 (г); Стерильность: Нестерильный;

Тип гигроскопичности: Глазная, Хирургическая, Гигиеническая.

Управление государственных закупок Тюменской области



Дополнительная информация не предусмотренная КТРУ

Заказчик вправе указать дополнительную информацию не предусмотренную КТРУ, дополнительные характеристики не должны дублироваться с характеристиками из КТРУ или противоречить характеристикам из КТРУ. И отображаются:

HE BEPHO

№ п/п	Описание объекта закупки				Предложение участника закупки <i>(Рекомендуемая форма, не является обязательной)</i> заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке, содержащейся в документации о закупке)		
	*указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)	Наименование объекта закупки (товара)	Товарный знак или эквивалент	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара)	Показатели товара (значения показателей)		
1	Компонент эндопротеза коленного сустава, феморальный, непокрытый	Не установлен	Код позиции КТРУ 32.50.23.000-00003429 МРТ совместимость, неважно Наличие двух микро и одного макро типоразмеров. Каждому типоразмеру бедренного компонента соответствует не менее 2-х типоразмеров тибионального компонента. Количество стандартных типоразмеров для каждой стороны (правой/левой)	не менее 5	Минимальные и (или) максимальные показатели: Показатели, которые не изменяются: Показатели, указанные в диапазоне: (указывается минимальное и максимальное значение)	Показатели Товара (значения показателей)*	Наименование страны происхождения товара

BEPHO

Описание объекта закупки при проведении электронного аукциона на поставку медицинских изделий: компонентов эндопротезов коленного сустава									
№ п/п	Описание объекта закупки							Предложение участника закупки <small>(Рекомендуемая форма. Не является обязательной.)</small>	
	*указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)								
Наименование объекта закупки (товара)	Количество, единица измерения	Товарный знак или эквивалент	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара)	Показатели товара (значения показателей)				Товарный знак (при наличии)	Показатели Товара (значения показателей)
				Минимальные и (или) максимальные показатели:	Показатели, которые не изменяются:	Показатели, указанные в диапазоне (указывается минимальное и максимальное значение)	Иные показатели:		Наименование страны происхождения товара
1	Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый	2 шт.	Не установлен	Код позиции КТРУ 32.50.23.000-00003429					
				МРТ совместимость, неважно		Наличие			
				Дополнительные характеристики, не предусмотренные КТРУ**					
				Наличие двух микро и одного макро типоразмеров ¹		Наличие			
				Тибиональный компонент на ножке ²					
				Количество стандартных типоразмеров для каждой стороны (правой/левой)	не менее 5				

боснование дополнительных характеристик, не предусмотренных КТРУ**:

оскольку показатели, требования и терминология, используемые в технических регламентах, КТРУ и в документах, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не в полной мере способны описать потребность Заказчика в функциональных, технических, качественных и иных характеристиках объекта закупки, описание объекта закупки содержит иные показатели, требования, условные обозначения и терминологию.

дополнительная информация, которая не предусмотрена в позиции КТРУ, включена Заказчиком в описание объекта закупки с целью максимально точного отражения функциональных характеристик товара. Данные характеристики определяют функциональное предназначение товара и требования к его эксплуатационным качествам.

единици на брой и единици на място, които са изрази на общи и специфични характеристики на товара.

отношение бедренного комп.

На момент поставки Товара остаточный срок годности должен составлять - не менее 12 (двенадцати) месяцев.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: при наличии в КТРУ товаров, включенных в перечень радиоэлектронной продукции, утвержденный Постановлением N 878 и установления в соответствии с указанным постановлением ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, при описании объекта закупки заказчик не вправе указывать дополнительную информацию, а обязан включать только информацию, предусмотренную КТРУ.



В описании объекта закупки указан недействующий ГОСТ

Сылаться можно только на действующие документы. Проверить действующий или недействующий стандарт лучше всего на официальном сайте Росстандарта.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание услуг по контролю технического состояния и диагностике медицинского оборудования.				
№ п/п	Наименование оборудования	Перечень работ	Стоймость единицы услуги (диагностика) (руб)	Стоймость единицы услуги (КТС) (руб)
1	Аппарат искусственной вентиляции лёгких	<p>Диагностика: Внешний осмотр аппарата, его блоков, основных и вспомогательных узлов</p> <p>Проверка целостности заземляющего и сетевого проводов</p> <p>Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывания выключателей. Подготовка технических заключений о состоянии медицинского оборудования.</p> <p>КТС: согласно Таблице №1</p>		

Требования к проведению контроля технического состояния (КТС).

- Результаты КТС оформляются в соответствие с «**ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий**» и/или «Приказ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 2 июля 2015 года N 1815 Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»

Межгосударственный стандарт ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ...

Период действия 01.01.2012 - 31.08.2019

Внимание! Настоящий документ утратил силу. Подробнее см. в справке к документу

Межгосударственный стандарт ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

"**Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий**"

(введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 4 апреля 2011 г. N 41-ст)