



**Ошибки заказчиков
при заполнении заявок
направляемых в уполномоченный орган
с использованием РМИС для определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)**

26.03.2026

Отдел экспертно-аналитической работы



Нарушения ст. 14 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875



В заявке заказчиком неверно выбран код ОКПД2

	Наименование ОКПД	Продукция	Тип объекта закупки	Применение национального режима	ОКПД	КТРУ
1	Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие г...	Набор для донорской крови, четырехкамерный	Товар	Ограничение	32.50.13.190	32.50.13.190-00584
2	Средства нелечебные прочие	Раствор для консервирования крови, содержащий антикоагулянт	Товар	Ограничение	21.20.23.199	21.20.23.199-00000011
3	Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые	Комплект трубок для системы афереза	Товар	Ограничение	22.21.29.120	22.21.29.120-00000010

В справочной информации позиции КТРУ содержится код НКМИ 262870, который указан в наименовании товаров из перечня приложения № 2 к ПП №1875 с кодами ОКПД 2:

32.50.13.190

32.50.50

32.50.50.180

32.50.50.190

22.21.29.120-00000010 ✓

Комплект трубок для системы афереза

Единица измерения: Штука



Позиция КТРУ

Обязательное применение
25.12.2024 - Бессрочно

Включено в каталог
20.03.2019

Обновлено
25.11.2024

В соответствии с п.п. «д» п. 4 ПП №1875:

д) позиции приложения N 1 к настоящему постановлению и приложения N 2 к настоящему постановлению применяются, если в объект закупки включены товар, работа, услуга, наименования которых указаны в графе "Наименование товара, работы, услуги" и которые включены в код, указанный в графе "Код товара, работы, услуги по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)", или если в объект закупки включен товар, наименование которого указано в графе "Наименование товара" и который включен в код, указанный в графе "Код товара по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)". При этом если в объект закупки включено медицинское изделие, соответствующая позиция применяется, если закупаемое медицинское изделие также относится к указанному в графе "Наименование товара, работы, услуги" или графе "Наименование товара" коду вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации;

4. Установить, что:

В данном случае Заказчику следовало применить в спецификации код ОКПД 2, который включен в соответствующую позицию товаров из перечня приложения № 2 к ПП №1875, указать код позиции КТРУ в файле «Описание объекта закупки».

Справочная информация

Общероссийские и международные классификаторы

НАИМЕНОВАНИЕ КЛАССИФИКАТОРА	ЗНАЧЕНИЕ КЛАССИФИКАТОРА
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)	22.21.29.120: Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые
НОМЕНКЛАТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ	262870: Комплект трубок для системы афереза



Нарушения ст. 14 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875

☐ Объектом закупки являются лекарственные препараты

Номер строки	Применение национального режима	ОКПД	Объектом закупки является медицинское изделие	Тип объекта закупки	Наименование ОКПД	КТРУ	Товарный знак	Продукция	Цена	Сумма
1	Преимущество	14.19.32.120	☒	Товар	Одежда из нетканых материал...			шорты проктологичес...	77,30	85 030,00
2	Преимущество	14.19.32.120	☒	Товар	Одежда из нетканых материал...			шорты проктологичес...	73,76	36 880,00

Строк: 2

ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАКУПАЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗАНИИ ЗАКУПАЕМЫХ УСЛУГ), ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, РАБОТ, УСЛУГ, СООТВЕТСТВЕННО ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДДАНИМИ, ИНОСТРАННЫМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ЗАПРЕТ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Список изменяющих документов

Наименование товара, работы, услуги	Код товара, работы, услуги по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
1. Ткани текстильные	13.2
2. Изделия текстильные прочие	13.9
3. Одежда, кроме одежды из меха	14.1

Запрет, предусмотренный пунктом 1, подпунктом "ж" пункта 4 ПП №1875, может не применяться заказчиками при наступлении следующего случаяев:

осуществляется закупка товаров, не относящихся к товарам и программному обеспечению, указанным в позициях 17, 21, 27, 35, 140, 141, 144 и 146 приложения N 1 к постановлению, в одном из следующих случаев:
начальная (максимальная) цена контракта (начальная (максимальная) цена договора), максимальное значение цены контракта (максимальное значение цены договора) или цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цена заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора), не превышает 1 млн. рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей;
ни одна из использованных при определении начальной (максимальной) цены контракта (начальной (максимальной) цены договора) или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цены заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора), цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара не превышает 1 млн. рублей;

В случае если Заказчик не применяет запрет, то в заявке он должен установить запрет и указать признак того, что «Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее неприменение запрета или ограничения»

Из справочника Изменить В справочник

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

- ☒ Запрет закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами
- ☐ Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами
- ☐ Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами
- ☒ Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения
- ☐ Предусмотрено программное обеспечение

Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограничения:

Согласно подпункту и) пункта 5 ПП1875, осуществляется закупка товаров, не относящихся к товарам и программному обеспечению, указанным в (максимальной) цены контракта (начальной (максимальной) цены договора) или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (по превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара не превышает 1 млн. рублей



Нарушения ст. 14 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875

Согласно п. 4 ПП №1875 товары, указанные в позициях 362–432 приложения №2 к ПП №1875, и товары, не указанные в этих позициях, не могут быть включены в предмет одного договора.

Номер строки	Применение национального режима	ОКПД	Объектом закупки является медицинское изделие	Тип объекта закупки	Наименование ОКПД	КТРУ	Товарный знак
1	Преимущество	32.50.13.110	☒	Товар	Шприцы, иглы, катетеры, кан...	32.50.13.110-00005030	Катетер внутрисосудистый окклюзионный,
2	Преимущество	32.50.13.110	☒	Товар	Шприцы, иглы, катетеры, кан...	32.50.13.110-00005030	Катетер внутрисосудистый окклюзионный,
3	Преимущество	32.50.13.190	☒	Товар	Шприцы, иглы, катетеры, кан...		Канистра для аспирационной системы одн
4	Ограничение	32.50.13.110	☒	Товар	Шприцы, иглы, катетеры, кан...	32.50.13.110-00010	Шприц ангиографический
5	Ограничение	32.50.13.110	☒	Товар	Шприцы, иглы, катетеры, кан...	32.50.13.110-00012	Шприц ангиографический

385. Иглы хирургические; инструменты колющие; шприцы

32.50.13.110
21.20.24.120
32.50.50.190

г) при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным [законом](#) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным [законом](#) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", за исключением закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) соответственно, **не могут быть включены в предмет одного контракта (одного лота), одного договора (одного лота):**

товары, указанные в [позициях 17, 139 - 141](#) приложения N 1 к настоящему постановлению, [179, 189, 320](#) (в части дефибрилляторов), [362 - 432](#) приложения N 2 к настоящему постановлению, и товары, не указанные в таких позициях;



Нарушение условий п.п. «а» п. 7 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875

Заказчик:

- применил преимущество в отношении закупаемого товара;
- приложил декларацию об отсутствии производства товара на территории РФ.

	Наименование ОКПД	Продукция	Тип объекта закупки	Применение национального режима	ОКПД
1	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенн...	Держатель электрода электрохирургического, одно...	Товар	Преимущество	32.50.50.190
2	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенн...	Электрод монополярный универсальный к электро...	Товар	Преимущество	32.50.50.190
3	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенн...	Электрод возвратный электрохирургический, одно...	Товар	Преимущество	32.50.50.190
4	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенн...	Кабель нейтрального электрода	Товар	Преимущество	32.50.50.190
5	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенн...	Абразивная "подушечка" для очистки электродов	Товар	Преимущество	32.50.50.190

Приложение №1 к Описанию объекта закупки

Декларация
об отсутствии производства товара на территории РФ

В целях соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", заказчик декларирует факт отсутствия на территории РФ производства товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика по состоянию на дату публикации извещения.

№ п/п	Наименование Товара (марка, модель, и другое)	Наименование товара (в соответствии с Регистрационным удостоверением)	Дата регистрации Товара и его регистрацион ный номер	Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (при наличии)	Наименование страны происхождения товара
1	FT3000 Электрохирургическое устройство Force TriVerse с кабелем длиной 10' (3 м)	Электрохирургическое устройство Force TriVerse, варианты исполнения: Электрохирургическое устройство Force TriVerse с кабелем длиной 10' (3 м)	РЗН 2020/11528 от 05 августа 2020 года	32.50.50.190/ 32.50.50.190-00001080	Мексика
2	E3773-36 Инструменты электрохирургические моно и биполярные: Электрод лапароскопический проволочный L-крючок, 36 см	Инструменты электрохирургические моно и биполярные в наборах и отдельных упаковках к аппаратам Force FX, Force EZ, Force Argon II, Force Triad, LigaSure, Surgistat II, Cool-tip RF/Switching Controller с принадлежностями	ФСЗ 2011/10146 от 20 ноября 2019 года	32.50.50.190/ 32.50.50.190-00000255	Тайвань (Китай)
4	ЕН236-5 Высоочастотные электрохирургические инструменты по ШПГ ИД.942416.001ТУ. Кабель для подключения нейтральных электродов. Аппаратная часть - разъем типа Valleylab, тип подключаемых электродов - двухсекционные одноразовые, длина кабеля 2,7 м	Высоочастотные электрохирургические инструменты по ШПГ ИД.942416.001 ТУ варианты исполнения: 10. Держатели (кабели)	РЗН 2020/10482 от 01 июня 2020 года	32.50.50.190	Россия
5	ЕН237.1 Изделия для электрофизиотерапии и электрохирургии. Аксессуары для электрохирургии. Абразивная "подушечка" для очистки электродов (стерильно). FIAВ (10 шт/уп)	Изделия для электрофизиотерапии и электрохирургии. Аксессуары (абразивная «подушечка»)	ФСЗ 2010/07652 от 24 августа 2010 года	32.50.50.190	Италия

При этом, согласно информации из представленных КП, страной происхождения товаров п. 3 и п. 4 является Россия.



В соответствии с п.п. «а» п. 7 ПП № 1875, декларация факта отсутствия на территории Российской Федерации производства товара с характеристиками, соответствующими потребности Заказчика, прилагается только в отношении товара, производство которого на территории РФ отсутствует.

В заявке не указан признак медицинского изделия, при отсутствии привязки к коду позиции КТРУ

Объектом закупки является медицинское изделие

Наименование объекта закупки (предмет контракта): поставка медицинских изделий для офтальмологического отделения взрослого стационара

5.4. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.3 настоящего Договора, прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью.
а) копия регистрационного удостоверения на Товар;

Заказчик **не указал знак ✓** напротив условия «Объектом закупки является медицинское изделие» в отношении товара с наименованием «**Клапан глаукоматозный**», являющегося медицинским изделием



☐	Номер строки	Код продукции	Объектом закупки является медицинское изделие	Позиция спецификации	Наименование ОКПД	Продукция	Тип объекта закупки	Применение национального режима	ОКПД
☒	1	V3325013120	☒	1	Инструменты и приспособления офтальмологические	Дренаж антиглаукоматозный, нерассасывающийся	Товар	Преимущество	32.50.13.120
☐	2	V3325022199	☐	2	Протезы органов человека прочие, не включенные в другие группировки	Клапан глаукоматозный	Товар	Преимущество	32.50.22.199
☐	3	V3325013129	☒	3	Инструменты и приспособления офтальмологические прочие	Антиглаукомное фильтрационное устройство	Товар	Преимущество	32.50.13.129

Тип объекта закупки:

Товар

- ☒ Объектом закупки является медицинское изделие
- ☐ Установить товарный знак
- ☐ Допускается поставка эквивалента

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ



Если привязка к КТРУ отсутствует и товар является медицинским изделием, необходимо указать соответствующий признак в заявке



- ☒ Объектом закупки является медицинское изделие
- ☐ Установить товарный знак
- ☐ Допускается поставка эквивалента

Ошибки при заполнении характеристик в структурированном ООЗ

Заказчик указал повторяющиеся наименования характеристик «Материал» и «Материал изготовления», каждая из которых содержит различные требования, указанные в значениях этих характеристик.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Дренаж антигидрокоматозный, нерассасывающийся	шт	Не устанавливается	32.50.13.120 32.50.22.190- 00005065	Диаметр внутреннего канала, мм	≤ 200	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
						Длина общая, Миллиметр	≤ 3.2	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
						Использование	одноразовое	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
						Материал	гидрофобный акрил	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
						Материал изготовления	пространственно-сшитый полимер на основе дигидроксиполиэтилметакрилата	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Варианты корректного указания характеристики «Материал изготовления».

Диаметр внутреннего канала, мм	≤ 200
Длина общая, Миллиметр	≤ 3.2
Использование	одноразовое
Материал изготовления	пространственно-сшитый полимер на основе дигидроксиполиэтилметакрилата

Диаметр внутреннего канала, мм	≤ 200
Длина общая, Миллиметр	≤ 3.2
Использование	одноразовое
Материал изготовления	гидрофобный акрил

Общее правило

Недопустимо указывать в описании объекта закупки дублирующие требования к характеристикам с применением различных значений этих требований.





Ошибки при заполнении инструкции в структурированном ООЗ

2	Наконечник пипетки	ШТ	Не устанавливается	32.50.50.190 32.50.13.190-00008530	Бесцветный	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
					Вариант поставки	Пакет (россыпь)	Значение характеристики не может изменяться участником
Выгружено из РМНС Дата: 28.09.2025 г., 15:33 по 19991_documentclass 46							
					Кондуктивные	Нет	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
					Отсутствие ДНК/РНК, ДНКазы/РНКазы	Да	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
					Рабочий диапазон объема, мкл	≥ 0.5 и ≤ 100	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Заказчик указал инструкцию «Значение характеристики не может изменяться участником закупки» в отношении характеристики из КТРУ, являющейся диапазонной

Заказчику следовало применить инструкцию «Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики»

Как выбрать инструкцию для участников закупки в ЕИС		
Какую характеристику указали	Какую инструкцию выбрать	Пример
Качественная или количественная с заполненным диапазоном	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Заказчик указал характеристику «диагональ стола от 80 до 100 см», но хочет, чтобы участник указал в заявке конкретный показатель, например 90 см
Количественная с указанным диапазоном	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики	Заказчик указал характеристику «диагональ стола от 80 до 100 см», и ему неважно, какой именно размер стола будет в заявке участника в пределах этого диапазона
Качественная характеристика без диапазона	Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики	Заказчик указал качественную характеристику для автомобиля, например цвет «белый», «черный» и «серый», и хочет, чтобы участник указал в заявке только один конкретный цвет, который он готов поставить

Информация о гарантии качества товаров, работ, услуг в заявке содержит противоречивые сведения

Условия, указанные в заявке Заказчика



☒ Указать информацию о гарантии качества товаров, работ, услуг	
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара:	
Требования к гарантии производителя товара:	Гарантийные обязательства по настоящему Контракту: не установлены.
Срок, на который предоставляется гарантия:	Гарантийные обязательства по настоящему Контракту: не установлены.



Заполнение блока «Указать информацию о гарантии качества ТРУ» предусматривается только в случаях прямого указания в проекте контракта на гарантийные обязательства и срок гарантийных обязательств.

В случае, если гарантийные обязательства по контракту не установлены, установление знака ✓ в поле «Указать информацию о гарантии качества товаров, работ, услуг» является противоречивым.



Заказчик отражает информацию об остаточном сроке годности в заявке

Условия, указанные в заявке Заказчика



☒ Указать информацию о гарантии качества товаров, работ, услуг

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара:	
Требования к гарантии производителя товара:	
Срок, на который предоставляется гарантия:	На момент поставки товара Заказчику остаточный срок годности должен составлять не менее 12 месяцев.

Раздел «Указать информацию о гарантии качества ТРУ» заполняется только в случаях прямого указания в проекте контракта на гарантийные обязательства и сроке гарантийных обязательств.

Срок годности товара



Гарантия качества товара/гарантийный срок

Указание в графе «Товарный знак» информации, не относящейся к товарному знаку

Товарный знак	Допускается поставка эквивалента
Roche или эквивалент	☐
Roche или эквивалент	☐
Roche или эквивалент	☐
Roche или эквивалент	☐
Roche или эквивалент	☐
Roche или эквивалент	☐

Тип объекта закупки:

Товар

☒ Объектом закупки является медицинское изделие

☒ Установлен товарный знак

~~Roche или эквивалент~~

☐ Допускается поставка эквивалента

Товарный знак:



ОШИБКИ

- Информация, указанная в графе «Товарный знак», воспринимается ЕИС буквально. Как следствие, условие «Roche или эквивалент» система определяет как товарный знак.



ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

- Необходимо исключить формулировку «или эквивалент» из графы «Товарный знак»
- установить ☒ напротив условия «Допускается поставка эквивалента»



Нарушение условий применения Постановления Правительства РФ от 19.04.2021 № 620



Заказчик в нарушение условий Постановления Правительства РФ от 19.04.2021 № 620 объединил в один лот медицинские изделия различных видов в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации, при условии, что значение начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) превышает 1,5 млн. рублей.

КТРУ	Продукция	Цена	Количество	Единица измерения	Сумма
21.20.23.110-00007107	Множественные виды бактерий связанных с болезнями ЖКТ нуклеиновые кислоты ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот	34 779,99	5	НАБОР	173 899,95
21.20.23.110-00008447	Вирус гепатита С нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот	33 681,58	3	НАБОР	101 044,74
21.20.23.110-00006848	Множественные герпесвирусы человека нуклеиновые кислоты ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот	14 790,19	8	НАБОР	118 321,52
21.20.23.110-00006390	Вирус ветряной оспы нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот	11 948,52	6	НАБОР	71 691,12
21.20.23.110-00007212	Множественные виды Bordetella нуклеиновые кислоты ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот	17 664,47	3	НАБОР	52 993,41
21.20.23.110-00007132	Множественные вирусы связанные с респираторными заболеваниями нуклеиновые кислоты ИВД, набор, анализ нуклеино...	38 963,84	10	НАБОР	389 638,40
21.20.23.110-00008929	Множественные бактерии респираторных заболеваний нуклеиновые кислоты ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот	40 412,17	10	НАБОР	404 121,70
21.20.23.110-00004863	Реагент для лизиса клеток крови ИВД	1 959,85	1	шт	1 959,85
21.20.23.110-00002078	Listeria monocytogenes нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот	10 489,20	3	НАБОР	31 467,60
		943 799,36			6 549 256,23

НОМЕНКЛАТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ВИДАМ

137960: Вирус ветряной оспы нуклеиновая кислота
ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот

137960: Вирус ветряной оспы нуклеиновая кислота
ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот

325090: Реагент для лизиса клеток крови ИВД

286220: Вирус гепатита С нуклеиновая кислота ИВД,
набор, анализ нуклеиновых кислот

Нарушение условий Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. Применена недействующая позиция КТРУ.



Код КТРУ:	21.20.23.110-00010047
Наименование:	ВИЧ1/ВИЧ2 антигены/антитела ИВД, калибратор
Единица измерения:	УПАК



ЗАЯВКА

21.20.23.110-00010047 



ВИЧ1/ВИЧ2 антигены/антитела ИВД, калибратор

Единица измерения: Упаковка

Позиция КТРУ

Обязательное применение
01.07.2019 - Бессрочно

Исключено
15.12.2025



Каталог товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд



*Спасибо
за внимание!*